

Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja rodzajowo-ilościowa

Pakiet 1

Drobny sprzęt laboratoryjny

Lp.	Nazwa odczynnika	Opis opakowania	Ilość	Jedn. miary
1.	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, ze stożkowatym dnem, bezbarwne.	500 szt.	6	op.
2.	Pipety Pasterua o poj. 3 ml z podziałką, objętość kropli 50 ul.	500 szt.	36	op.
3.	Końcówki żółte do pipet HTL o poj. 0-200 ul.	500 szt.	30	op.
4.	Końcówki niebieskie o poj. do 1000 ul.	250 szt.	24	op.
5.	Pipeta automatyczna o regulowanej pojemności 1-5 ml, automatyczny wyrzut końcówki.	1 szt.	1	op.
6.	Końcówki białe o poj. 1-5 ml, do w/w pipety.	500 szt.	2	op.
7.	Pipeta stało pojemnościowa 10ul, jednokanałowa, automatyczna z wyrzutnikiem końcówek.	1 szt.	1	szt.
8.	Pipeta zmiennopojemnościowa 100-1000ul, jednokanałowa, automatyczna z wyrzutnikiem końcówek.	1 szt.	1	szt.
9.	Probówki PS testowe o poj. ok. 5 ml (+/-10%) okrągłodenne (75x12 mm).	500 szt.	36	op.
10.	Korki uniwersalne rozporowe do probówek z pozycji nr 9.	1000 szt.	10	op.
11.	Pojemnik plastikowy na kał, z łopatką, niejałowy poj. ok. 30 ml (+/-10%).	100 szt.	40	op.
12.	Pojemnik plastikowy na kał, z łopatką, jałowy poj. ok. 30 ml (+/-10%).	100 szt.	5	op.
13.	Naczynka do analizy moczu o poj. ok. 120 ml z zakrętką (+/-10%).	500 szt.	25	op.
14.	Końcówki do Pipety ml PETTE PLUS-F 10 µl.	500 szt.	12	op.
15.	Statyw do probówek z poz. 17.	1 szt.	5	op.
16.	Bagietki z PP o śred. 4 mm i dł. 125-150 mm	50 szt.	40	op.
17.	Probówki ok. 11 ml (+/-10%) śred. 16 mm, dł. ok. 100 mm.	100 szt.	16	op.
18.	Probówki typu Eppendorf o poj. 2,0 ml, ze okrągłodenne, bezbarwne.	500 szt.	2	op.
19.	Pojemniki do dobowej zbiórki moczu o poj. ok. 2500 ml (+/-10%), z podziałką 100 ml	1 szt.	5	szt.

Pakiet 2

Odczynniki do serologii transfuzjologicznej, oznaczeń grup krwi noworodka, PTA, BTA i prób zgodności Karty kompatybilne z wirówką wykorzystywaną w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego. Dla odczynników poz. 3, 5 i 6 wymagana pozytywna opinia jednostki notyfikowanej.

Lp.	Nazwa odczynnika	Opis opakowania	Ilość	Jedn. miary
1.	Grupa krwi noworodka z BTA (A, B, AB, DVI+, ctiBTA)	50 kart	1	op.
2.	Grupa krwi noworodka z BTA druga seria (A, B, AB, DVI-, ctiBTA)	50 kart	1	op.
3.	Screenig przeciwciał PTA/LISS	300 kart	3	op.
4.	Próba krzyżowa PTA LISS	50 kart	1	op.
5.	Krwinki wzorcowe do screenigu PTA LISS	3x10ml	13	op.
6.	Karta BTA zawierająca odpowiednie surowice monowaletne anty IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl, jedna karta gotowa do użycia	10 kart	1	op.
7.	Zewnętrznlaboratoryjna kontrola jakości min 1x3mc	1 zestaw	4	op.
8.	Odczynnik LISS	500 ml	1	op.
9.	Końcówki do pipet	1000 szt.	6	op.

Zamawiający do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wykorzystuje następujący sprzęt:

- wirówka ID – Certiguę 6S
- pipetor ID – Pipete EP-3
- inkubator o mikrokart ID Inkubator 37SI

Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta sprzętu lub pozytywnej opinii jednostki notyfikowanej o kompatybilności oferowanych odczynników z ww. sprzętem.

L. p.	Minimalne parametry wymagane/graniczne
1.	Karty kompatybilne do ww. sprzętu
2.	Metodyka eliminująca płukanie krwinek
3.	Pokojowa temperatura przechowywania kart
4.	Karty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną
5.	Mikrokarty złożone z 6kolumn z żelem separującym