

Nazwa parametru (opis funkcji wymaganego parametru / warunku)		Parametr wymagany
Stolik (podpórka) do operacji ręki – przezierny dla promieni RTG		
I	PARAMETRY PODSTAWOWE	
1.	Stolik (podpórka) do operacji ręki – przezierny dla promieni RTG	TAK
2.	Wymiary ok. 800x400x45 mm na nóżce podpierającej wykonanej ze stali nierdzewnej	TAK
3.	Możliwość regulacji wysokości	TAK
4.	Możliwość mocowania do szyny bocznej stołu za pomocą adaptera	TAK
5.	Stolik wyposażony w materac, demontowany, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK
6.	Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z gwarancją 10 letniego dostępu do części zamiennych	TAK