

Nazwa parametru (opis funkcji wymaganego parametru / warunku)		Parametr wymagany	Parametr oferowany podać zakres lub opisać
Stojak do kroplówek			
I	PARAMETRY PODSTAWOWE		
1.	CERTYFIKAT CE I deklaracje zgodności	TAK	
2.	Rodzaj stojaka: medyczny, czteroramienny z czterema uchwytami do płynów infuzyjnych, rok produkcji min.2016 ilość- 6 szt.	TAK	
3.	Wymiary: Wysokość min. Statywu: 1500 mm	TAK	
4.	Dopuszczalne obciążenie wieszaka: - Przy obciążeniu równomiernym do: 2,0 kg	TAK	
5.	Regulacja wysokości stojaka	TAK	
6.	Statyw stojaka: stalowy, pokryty warstwą ochronną	TAK	
7.	Konstrukcja wieszaków i główki stojaka : wykonana ze stali kwasoodpornej	TAK	
8.	Podstawa stojaka: wykonana z profili stalowych, pokryta lakierem proszkowym	TAK	
9.	Podstawa stojaka wyposażona w min. 4 kółka miękkie gumowe(w tym min.2 kółka gumowe z hamulcem).	TAK	
10.	Przeznaczenie: do przemieszczania się z pacjentem w celu podawania płynów infuzyjnych	TAK	
11.	Listwa zasilająca 4 gniazdowa z uziemieniem, wyłącznikiem i przewodem zasilającym o długości 3 m z możliwością demontażu z wieszaka do kroplówek - w ilości 2 szt.	TAK	
12.	Listwa zasilająca 4 gniazdowa z uziemieniem, wyłącznikiem i przewodem zasilającym o długości 5m z możliwością demontażu z wieszaka do kroplówek - w ilości 4 szt.	TAK	