

L.p.	Wymagane warunki i parametry	Wymóg	Oferowane warunki i parametry
I.	PARAMETRY OGÓLNE		
1	<b>Łóżko szpitalne młodzieżowe – 4 sztuki</b>	TAK	
2	Wysokość leża bez materaca na poziomie 500 mm ( $\pm 50$ mm)	TAK, podać	
3	Wymiary zewnętrzne: 1800 mm x 970 mm ( $\pm 50$ mm)	TAK	
4	Zmienna wysokość segmentu pleców, regulowana ręcznie, wraz z mechanizmem śrubowym, zdejmowane wezglowie -możliwość demontażu bez użycia narzędzi	TAK	
5	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, zabezpieczenie szczytów łóżka	TAK	
6	Profile łóżka typu ERW wykonane ze stalowych prostokątnych tub	TAK	
7	Dwusegmentowe leże pacjenta wykonane z perforowanej stali, lakierowanej proszkowo, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu stalowego. Segmenty leża zaokrąglone.	TAK	
8	Kąt uniesienia oparcia pleców $75^{\circ}(\pm 5^{\circ})$ regulowany za pomocą mechanizmu śrubowego	TAK, podać	
9	Szczyty wykonane ze stali malowanej proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL – kolor do wyboru przez Zamawiającego, zdejmowane z możliwością odjęcia bez użycia narzędzi.	TAK	
10	Stalowy, zatrzaskowy zawias bądź dźwignia umożliwiające demontaż szczytów	TAK	
11	Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżek, kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK, podać	
12	Dwupozycyjne barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia	TAK	

13	Podnoszenie barierki bocznej przy pomocy bezpiecznego przycisku	TAK	
14	Koła blokowane indywidualnie o średnicy: 125 mm ( $\pm 50$ mm)	TAK, podać	
15	Przynajmniej 2 uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku	TAK	
16	Materac łóżka wodoodporny, paroprzepuszczalny i łatwozmywalny, dwusegmentowy, przystosowany do dezynfekcji Wymiary materaca dostosowane do leża. Materac do każdego łóżka	TAK, podać	
17	Półka na pościel lub rzeczy pacjenta zamontowana pod łóżkiem	TAK	
18	Dopuszczalne obciążenie: 250 kg ( $\pm 20$ kg)	TAK	
19	Łóżko oznakowane znakiem CE	TAK	
20	Gwarancja min. 24 m-ce	TAK, podać	
21	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 05 2010 Dz. U z 2010 nr 107 poz. 679 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	TAK	
22	Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK	
<b>2.</b>	<b>Łóżko szpitalne dziecięce - 4 sztuki</b>	TAK	
1	Szerokość całkowita: 765 mm ( $\pm 10$ mm)	TAK podać	
2	Długość całkowita: 1500 mm ( $\pm 20$ mm)	TAK podać	
3	Wysokość leża od podłogi regulowana manualnie 505-805 mm ( $\pm 30$ mm)	TAK	
4	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym-wszelkie kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK	
5	Leże dwusegmentowe o wymiarach 1335 mm x 658 mm ( $\pm 20$ mm)	TAK	
6	Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym	TAK	
7	Ręczna regulacja oparcia pleców do 60° ( $\pm 5^\circ$ ), wraz z siatką zabezpieczającą	TAK, podać	

8	Łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi otwarcie. Blokada znajdująca się w poręczach bocznych	TAK	
9	Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1400 mm (+/-30 mm)	TAK, podać	
10	Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga (0-15°)	TAK, podać	
11	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min. 125 mm (+/- 20 mm) w tym 2 koła z blokadą jazdy i obrotu	TAK, podać	
12	Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe	TAK	
13	Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki	TAK	
14	Do każdego łóżka: Materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na zamek, dostosowany do wymiarów leża, z możliwością dezynfekcji	TAK	
15	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne	TAK, podać	
16	Łóżko oznakowane znakiem CE	TAK	
17	Gwarancja min. 24 m-ce	TAK	
18	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 05 2010 Dz. U z 2010 nr 107 poz. 679 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	TAK	
19	Termin dostawy do 31.10.2017 r.	TAK	