



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Dziekanów Leśny dn.07.09.2018r.

DZ / 194 / IX / 2018

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku dla SZPZOZ” nr postępowania DZ/26/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.szpitaldziekanow.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Czy w zakresie PAKIETU Nr 5 pozycja Nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wielorazowych łyżek do laryngoskopów typu Sirius Macintosh, zakrzywione o następujących wymiarach mm (Długość X Szerokość):

Noworodkowa	NR 0 (82 x 25mm)
Niemowlęca	NR1 (92 x 26mm)
Dziecięca	NR 2 (102 x 26mm)
Dla Dorosłych	NR 3 (133 x 27mm)
Dla dorosłych duża	NR 4 (158 x 29mm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wielorazowych łyżek do laryngoskopów typu Sirius Macintosh, zakrzywionych o wymiarach wymienionych poniżej:

Noworodkowa	NR 0 (82 x 25mm)
Niemowlęca	NR1 (92 x 26mm)



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Dziecięca	NR 2 (102 x 26mm)
Dla Dorosłych	NR 3 (133 x 27mm)
Dla dorosłych duża	NR 4 (158 x 29mm)

Pytanie nr 2

Czy w zakresie PAKIETU Nr 5 pozycja Nr 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wielorazowych łyżek do laryngoskopów typu Macintosh, zakrzywione o następujących wymiarach mm (Długość X Szerokość):

Noworodkowa	NR 0 (82 x 25mm)
Niemowlęca	NR1 (92 x 26mm)
Dziecięca	NR 2 (102 x 26mm)
Dla Dorosłych	NR 3 (133 x 27mm)
Dla dorosłych duża	NR 4 (158 x 29mm)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wielorazowych łyżek do laryngoskopów typu Macintosh, zakrzywionych o wymiarach wymienionych poniżej :

Noworodkowa	NR 0 (82 x 25mm)
Niemowlęca	NR1 (92 x 26mm)
Dziecięca	NR 2 (102 x 26mm)
Dla Dorosłych	NR 3 (133 x 27mm)
Dla dorosłych duża	NR 4 (158 x 29mm)

Pytanie nr 3

Ad § 7 ust. 1 pkt. b) projektu umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź : Zapisy zgodne z SIWZ.

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH I ZAMÓWIEŃ
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym

mgr Anna Cieślak-Behnke

KIEROWNIK
DZIAŁU PRAWNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Piotr Parfuszewski
radca prawny

SPECJALISTA

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Wioletta Burzyńska

STARSZY SPECJALISTA

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Sylvia Wtulich