



Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Dziekanów Leśny dn. 07.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym
05-092 Łomianki, ul. Marii Konopnickiej 65
Dział Prawny i Zamówień Publicznych
tel. 22 76 57 121

REGON 000291210, NIP 118-13-49-898

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę masek krtaniowych jednorazowego użytku oraz opatrunków dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” DZ/09/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.szpitaldziekanow.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Pakiet 1

Poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rozmiaru opatrunków oczekuje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opatrunki są w rozmiarach:

Pozycja 1 – rozmiar 15x15

Pozycja 2 – rozmiar 10x10

Pytanie nr 2

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej, z PCV, bez uźebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankieta. Rozmiar maski kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maski w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg)

i dla roz 5 (>70kg).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza sterylną maskę krtaniową, z PCV, bez uźebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankieta. Rozmiar maski kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maski w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (>70kg).

Pytanie nr 3

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza maski wykonane z PVC z zawartością DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że maski muszą być wolne od DEHP i BPA.

Pytanie nr 4

Pakiet 2 - dotyczy opisu maski krtaniowej j.u.

Czy zamawiający odstąpi od parametru maska krtaniowa „ z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania” i dopuści produkt spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza maskę krtaniową bez uźebrowania spełniającą pozostałe parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta, z mankietem o klasycznym kształcie wykonanym z materiału o niskim współczynniku tarcia zmniejszającym opór przy wprowadzaniu i usuwaniu maski. Dren do napełniania mankieta zintegrowany z rurką co chroni przed możliwością uszkodzenia podczas użytkowania, w rozmiarach (1 – 5) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10 kg; 10- 20 kg; 20-30 kg; 30-50 kg; 50-70 kg; 70+ kg. Bez lateksu, sterylna.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza maskę krtaniową jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta, z mankietem o klasycznym kształcie wykonanym z materiału o niskim współczynniku tarcia zmniejszającym opór przy wprowadzaniu i usuwaniu maski. Dren do

napełniania mankietu zintegrowany z rurką co chroni przed możliwością uszkodzenia podczas użytkowania, w rozmiarach (1 – 5) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10 kg; 10- 20 kg; 20-30 kg; 30-50 kg; 50-70 kg; 70+ kg. Bez lateksu, sterylne.

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH I CONTROLLINGU
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym

mgr Anna Cieplik-Behnke

PIELEGNIARKA NACZELNA
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy"
w Dziekanowie Leśnym

mgr Renata Tarwacka

KLEROWNIK
RADCA PRAWNICTWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Piotr Parjaszewski
radca prawny