



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Dziekanów Leśny, dn. 03.01.2020r.

DPZP/26/3/2020/SW.MP

Wszyscy uczestnicy

Dotyczy postępowania na: „Dostawę odczynników laboratoryjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (Odczynniki do serologii transfuzjologicznej mikrometoda kart z żelazem separującym)” - DZ/45/PN/2019.

**ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
o zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej**

Zamawiający do realizacji zamówienia wybiera następującego Wykonawcę:

Nr oferty	Nazwa/ Imię i Nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty netto	Cena oferty brutto	Parametr oceniany	Parametr oceniany
2	DiaHem AG Diagnostics Products Schlosserstrasse 4, CH-81-8180 Bülach Szwajcaria Adres korespondencji : Diahem Diagnostic Products Sp. z o.o Al. Słowackiego 64,30-004 Kraków	78 817,60 zł	85 303,01 zł	Wszystkie odczynniki i mikrokarty gotowe do użycia bez jakichkolwiek dodatkowych nakładów – tak – 10 pkt.	Pozytywna opinia polskiej jednostki notyfikującej dla oferowanej mikrometody – tak-30pkt.

1. Zamawiający informuje, iż oferta firmy Farmator Sp. z o.o ,ul. Podchorążych 4, 87-100 Toruń podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta firmy Farmator Sp. z o.o zawiera następujące niezgodności:

a) tabela z formularza ofertowego w pozycji nr 1 zawiera ten sam odczynnik co w pozycji 2 -20070430 INVITROGEL ABO NEWBORN różna jest tylko cena. Zamawiający wymagał dwóch różnych kart w celu potwierdzenia grupy noworodka. Oferta nie zawiera informacji o składzie kolumn.

b) tabela z formularza ofertowego w pozycji nr 1 zawiera 216 kart, a w pozycji nr 2 – 1600 kart.

Zamawiający wyraźnie zazaczył, że liczba kart w pozycji nr1 ma być równa pozycji nr 2.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

c) W punkcie nr 16 formularza ofertowego Oferent podał, że załączył opinię IHiT o oferowanych produktach i opinię IHiT o kompatybilności tych produktów ze sprzętem Zamawiającego. W załączonej dokumentacji są dwa dokumenty sygnowane przez IHiT. Jeden to: "Ocena i opinia o systemie mikrokolumnowym w żelu INVITROGEL, producent MTC do badań immunohematologicznych zlecenie firmy FARMATOR wydana 25.11.2015r. Drugi dokument to: "Dotyczy opinii wydawanych przez dr Bogumiłę Michalewską" o sygn. ZIHiT-076-47-/2014. Jest to odpowiedź na konkretne pismo prezesa firmy skierowane do IHiT. W piśmie tym brak wymaganej przez Zamawiającego informacji o kompatybilności oferowanej metody ze sprzętem Zamawiającego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

mgr Robert Łopata

Mazowsze.
serce Polski

kontakt:
e-mail: szpital@szpitaldziekanow.pl
tel (0-22) 751 27 07
fax (0-22) 765 72 56
www.szpitaldziekanow.pl
www.facebook.com/szpitaldziekanow

NIP 1181349898
KRS 0000072265
Regon 000291210

*Donatiusz
Angeleski*