




**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym  
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

DPZP/26/173/2020/SW.PP

Dziekanów Leśny, dn. 19.03.2020r



**Wszyscy zainteresowani**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" – DZ/06/PN/2020.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców.

**Dotyczy Załącznika nr 2**

• **Pytanie nr 1**

Pkt 14 Czy Zamawiający dopuści autotest szczelności aparatu i włączanych parowników z interakcją z użytkownikiem? Taka procedura daje możliwość sprawdzenia szczelności aparatu i stosowanych parowników.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza autotest szczelności aparatu i włączanych parowników z interakcją z użytkownikiem.**

• **Pytanie nr 2**

Pkt 76 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze sterowaniem poprzez pokrętło i ekran dotykowy z uproszczonym panelem przycisków na obudowie, bez możliwości sterowania kardiomoniorem wyłącznie poprzez pokrętło i przyciski?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor ze sterowaniem poprzez pokrętło i ekran dotykowy z uproszczonym panelem przycisków na obudowie, bez możliwości sterowania kardiomoniorem wyłącznie poprzez pokrętło i przyciski.**

**Dotyczy Wzoru umowy**

• **Pytanie nr 3**

Dotyczy § 7 ust. 4 i 7 Wzoru Umowy: Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym  
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawną byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zapisy zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy § 12 ust. 1.2.b,c Wzoru Umowy: W naszej opinii zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kary do 0,2%**

• **Pytanie nr 5**

Dotyczy § 12 ust. 5 Wzoru Umowy Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę górnego limitu kary do 10 % wynagrodzenia Wykonawcy.**

**Elżbieta Gajewska**  
SPECJALISTA ESTEZJOLOGIA I TERAPII  
INTENSYWNEJ  
NIP: 534-11-78-10  
2178329

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU  
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

**mgr Robert Lasoła**

**STARSZY SPECJALISTA**  
Dział Prawny i Zamówień Publicznych  
KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

**Witulia Mazowsze**  
serce Polski

**Dr Piotr Parafiszewski**  
radca prawny  
e-mail: szpital@szpitaldziekanow.pl

tel (0-22) 765 73 56

fax (0-22) 765 72 56

[www.szpitaldziekanow.pl](http://www.szpitaldziekanow.pl)

[www.facebook.com/szpitaldziekanow](https://www.facebook.com/szpitaldziekanow)

ePUAP: /szpозdziekanow/SkrytkaESP

NIP 1181349898

KRS 0000072265

Regon 000291210