



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Dziekanów Leśny, dn. 28.04.2022 r.

DPZP/26/145/2022/SW.MP.RT.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; „Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - DZ/06/2022.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym udziela wyjaśnień treści SWZ na zapytania Wykonawców.

- **Pytanie nr 1**

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worek bez przezroczystego okienka?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga worka wyposażonego w przezroczyste okienko.

- **Pytanie nr 2**

Pakiet 9, poz.5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zestawu do pomiaru diurezy godzinowej z dwuświatłowym drenem łączącym o długości 150 cm.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 3**

Pakiet 9, poz. 14-17

Czy Zamawiający zgodzi się o wydzielenie poz. 14-17 , co pozwoli Zamawiającemu uzyskać większą ilość składanych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

• **Pytanie nr 4**

Pakiet 11 poz.1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u dwuczęściową 2 ml z rozszerzoną skalą do 2,2 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 5**

Pakiet 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u dwuczęściową 5 ml z rozszerzoną skalą do 5,5 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 6**

Pakiet 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u dwuczęściową 10 ml z rozszerzoną skalą do 11 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 7**

Pakiet 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u dwuczęściową 20 ml z rozszerzoną skalą do 22 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 8**

Pakiet 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 9**

Pakiet 11, pozycja 8

czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga podwójnej skali.

• **Pytanie nr 10**

Pakiet 11 poz. 9

Czy zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny skalowaną co 0,05 ml z igłą w rozmiarze 0,45x 13 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga skali co 0,01 ml.

• **Pytanie nr 11**

Pakiet 11 poz. 10-16


Czy zamawiający dopuści igłę j.u długo ściętą ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 12**

Pakiet 11, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,8 mm o rozmiarze 23G i wyglądzie:



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 13**

Pakiet 11, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 6 paskami kontrastującymi o przepływie 23 ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 14**

Pakiet 11, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z pasywnym zabezpieczeniem przed zakłuciem - ostra część igły po wyciągnięciu zostaje samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem, z igłą wykonaną ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, wykonaną z poliuretanu, wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG, z samodomykającym się koreczkiem, uchwytem umożliwiającym wykonanie wkłucia jedną ręką. Wyposażony w filtr hydrofobowy zabezpieczającym przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, pakowany w twardego blister - PVC + Tyvec w rozmiarze 24G (0,7x19mm) o przepływie 23ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 15**

Pakiet 11 poz. 22

Czy zamawiający dopuści koreczek do kaniul którego trzpień jest powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga trzpienia poniżej krawędzi koreczka.

• **Pytanie nr 16**

Pakiet 11, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści koreczki w opakowaniu a'250 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 17**

Pakiet 11, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przedłużacza o długości 200 cm.

• **Pytanie nr 18**

Pakiet 11poz. 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu z podwójną skalą o właściwościach:

- Regulacja przepływu: od 5 do 250 ml/h – niebieskie cyfry na białym tle – jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości,



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- Regulacja przepływu: od 5 do 200 ml/h – białymi cyframi na niebieskim tle – jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%,
- Zakres błędu wynosi +/- 15%.
- Komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów,
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0,1 ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 um,
- Kolec z odpowietrzeniem,
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką,
- Długość drenu 145 cm,
- Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren,
- Port Y,
- Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- Nie zawiera lateksu ani ftalanów,
- Jednorazowego użytku,
- Sterylizowany tlenkiem etylenu,
- Pakowane papier/folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aparatów ze skalą od 0 do 250 ml/h.

• **Pytanie nr 19**

Pakiet 11poz. 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu z podwójną skalą o właściwościach:

- regulacja przepływu: od 2 do 350 ml/h
- druga skala (literowa) do ustawiania i rejestrowania prędkości przepływu roztworów o wyższej lepkości
- komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów (DEHP free)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- kolec z odpowietrzeniem
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- dren o długość 155 cm wyposażony w zacisk przesuwany
- dodatkowy port Y do podawania leków
- zakończenie luer lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- nie zawiera lateksu ani ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu

· pakowanie: 1 sztuka/papier/folia?,

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aparatów ze skalą od 0 do 250 ml/h.

• **Pytanie nr 20**

Pakiet 11, pozycja 29-30

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

• **Pytanie nr 21**

Pakiet 11, pozycja 36-41

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 105 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgłębnika żołądkowego o długości do 80 cm.

• **Pytanie nr 22**

Pakiet 11, pozycja 36-41

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgłębnika żołądkowego z zatyczką.

• **Pytanie nr 23**

Pakiet 11, pozycja 43-49

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 50 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 24**

Pakiet 11 poz. 31

Czy zamawiający dopuści aparat do długotrwałego aspirowania płynów i leków z kolcem 20 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aparatu z kolcem min. 21 mm.

• **Pytanie nr 25**

Pakiet 11 poz. 31

Czy zamawiający dopuści aparat do długotrwałego aspirowania płynów i leków z filtrem cząsteczkowym 01 um?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra cząsteczkowego 5 µm.

• **Pytanie nr 26**

Pakiet 11 poz. 32-34

Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po a'90 szt?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 27**

Pakiet 11, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści słoje o pojemności 2,5 l?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 28**

Pakiet 11, pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści basen pakowany w opakowanie a'120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 29**

Pakiet 11, pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o chłonności 1177ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga podkładu o chłonności min. 2000 ml.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 30**

Pakiet 11, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 31**

Pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z gumkami o długości 16,5cm +/- 10mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 32**

Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1 l o wysokości 140 mm, o średnicy dolnej 92,5 mm, średnicy górnej 109 mm?

Pakiet 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2l o wysokości 246 mm, średnicy dolnej 95 mm, średnicy górnej 109 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 33**

Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o długości 240 mm o grubościach:

- na palcu 0,11 +/- 0,01 mm,
- dłoni 0,07 +/- 0,01 mm,
- mankiet 0,06 +/- 0,01 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych o minimalnej długości 280 mm, o grubościach: na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,09 mm.

• **Pytanie nr 34**

Pakiet 28 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga markera do kontaktu z naruszoną skórą.

- **Pytanie nr 35**

Pakiet 34, pozycja 1-10

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, niewchłaniający poliamidowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga nici z monofilamentem syntetycznym, niewchłaniającym i z polibutester.

- **Pytanie nr 36**

Pakiet 34, pozycja 1-10

Czy Zamawiający dopuści szew pakowany a'10 saszetek w opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Pakiet 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 16mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga szwu z igłą o długości 13 mm.

- **Pytanie nr 38**

Pakiet 34, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 12mm bez dodatkowego określenia „kosmetyczna”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga szwu z igłą o długości 11 mm kosmetyczną.

- **Pytanie nr 39**

Pakiet 34, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 12mm bez dodatkowego określenia „kosmetyczna”?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga szwu z igłą o długości 12 mm kosmetyczną.

- **Pytanie nr 40**

Pakiet 34, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o grubości 6/0?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga nici o grubości 7/0.

- **Pytanie nr 41**

Pakiet 34, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez dodatkowego określenia „kosmetyczna”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga szwu z igłą kosmetyczną - nie jest to dodatkowe określenie, ale rodzaj igły.

- **Pytanie nr 42**

Pakiet 8 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga kaniuli z poliuretanu.

- **Pytanie nr 43**

Pakiet 8 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 4 paskami RTG?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 44**

Pakiet 8 poz.3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 2 paskami RTG?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga 6 wtopionych pasków radiocieniujących.

- **Pytanie nr 45**

Pakiet 8 poz.3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga kaniuli z poliuretanu.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 46**

Pakiet 8 poz.3

Czy Zamawiający dopuści metalową osłonkę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga pasywnego mechanizmu zabezpieczenia igły w postaci plastikowej osłonki chroniącej personel przed zakażeniem.

• **Pytanie nr 47**

Pakiet 8 poz.3

Czy Zamawiający dopuści przepływ 23 ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 48**

Pakiet 8 poz.3

Czy Zamawiający dopuści przepływ 18ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przepływu min. 20 ml/min.

• **Pytanie nr 49**

Pakiet 8 poz.4-7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga kaniuli z poliuretanu.

• **Pytanie nr 50**

Pakiet 8 poz. 4-7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 2 paskami RTG?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG.

• **Pytanie nr 51**

Pakiet 8 poz.4-7

Czy Zamawiający dopuści poniższe parametry?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 52**

Pakiet 8 poz.4-7

Czy Zamawiający dopuści poniższe parametry?

18G Green 85 1.30 32

18G Green 85 1.30 45

20G Pink 55 1.10 32

22G Blue 33 0.90 25

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga następujących parametrów:

18G Green 103 1.30 32

18G Green 103 1.30 45

20G Pink 67 1.10 32

22G Blue 42 0.90 25

• **Pytanie nr 53**

Pakiet 8 poz.8

Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi korka?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga trzpienia poniżej krawędzi koreczka.

• **Pytanie nr 54**

Pakiet 8 poz.9

Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,32ml?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga pojemności wypełnienia 0,22ml.

• **Pytanie nr 55**

Pakiet 8 poz.10

Czy Zamawiający dopuści kranik bez dodatkowego portu do wstrzyknień?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga kranika z dodatkowym portem do wstrzyknień.

• **Pytanie nr 56**

Pakiet 8 poz.16

Czy Zamawiający ma na myśli korki do dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli koreczki do zabezpieczania strzykawek.

• **Pytanie nr 57**

Pakiet 8 poz.17-21

Czy Zamawiający dopuści igły o poniższych rozmiarach:

Rozmiar (mm)	Rozmiar G/"	Kolor
0,6 x 30 mm	23 G x 1 1/4"	niebieski
0.70 x 40 mm	22 G x 1 1/2"	czarny
0,80 x 40 mm	21 G x 1 1/2"	zielony
0.90 x 40 mm	20 G x 1 1/2"	żółty

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga następujących parametrów:

23G 1 1/4" (0.6 x 30 mm)
22G 1 1/4" (0.7 x 30 mm)
21G 1 1/2" (0.8 x 40 mm)
20 G 1 1/2" (0.9 x 40 mm)
18G 1 1/2" (1.2 x 40 mm)

• **Pytanie nr 58**

Pakiet 11 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści niebieski tłok?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 59**

Pakiet 11 poz.4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 80szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 60**

Pakiet 11 poz.5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę, gdzie tłok wykonany jest z polietylenu a cylinder z polipropylenu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 61**

Pakiet 11 poz.6,7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga podwójnej skali pomiarowej.

• **Pytanie nr 62**

Pakiet 11 poz.6,7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronnym podcięciem tłoczyska?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga strzykawki z czterostronnym podcięciem tłoczyska.

• **Pytanie nr 63**

Pakiet 11 poz.9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dołączoną igłą w rozmiarze 0,45x13mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 64**

Pakiet 11 poz.20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga kaniuli z poliuretanu.

• **Pytanie nr 65**

Pakiet 11 poz.20

Czy Zamawiający dopuści przepływ 13ml/min?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przepływu 22-23 ml/min.

• **Pytanie nr 66**

Pakiet 11 poz.21

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bez nazwy producenta ani przepływie bezpośrednio na kaniuli?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 67**

Pakiet 11 poz.21

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 18ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przepływu 22-23 ml/min.

• **Pytanie nr 68**

Pakiet 11 poz.22

Czy Zamawiający dopuści koreczek od innego producenta, ale kompatybilny z kaniulami?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga koreczka tego samego producenta co kaniula.

• **Pytanie nr 69**

Pakiet 11 poz.26

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o długości 55mm w części przezroczystej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przyrządu z komorą kroplową o długości min 60 mm w części przezroczystej.

• **Pytanie nr 70**

Pakiet 11 poz.28

Czy Zamawiający dopuści przyrząd ze skalą w postaci beczutki od 5-250?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przyrządu ze skalą w postaci koła.

• **Pytanie nr 71**

Pakiet 11 poz.28

Czy Zamawiający dopuści skalę od 0-300?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 72**

Pakiet 11 poz.29

Czy Zamawiający dopuści przyrząd sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 73**

Pakiet 2:

Czy Zamawiający w pozycji 7 przeniesie tę pozycję Filtr wydechowy, jednorazowego użytku, kompatybilne z Respiratorem Puritan Bennet 840 do innego zadania? Jest to produkt dedykowany tylko do jednego dostawcy filtrów i pomimo pozytywnych odpowiedzi w innych pozycjach nie będziemy w stanie złożyć oferty z równoważnymi produktami?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

• **Pytanie nr 74**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci (VT150-1000ml), kształt okrągły, jałowy, skuteczność filtracji dla wirusów $\geq 99,99\%$, bakterii $\geq 99,999\%$, względem NaCl w standardzie, poziom nawilżania minimum 37,9 mg/l przy VT 250ml, opór przepływu 2.1 cm H₂O przy 60 l/min waga filtra do 21g?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra oddechowego dedykowanego dla małych dzieci (VT 75-300ml).

• **Pytanie nr 75**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści wysokiej jakości filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci (VT 50-250ml), kształt okrągły, jałowy, skuteczność filtracji dla wirusów $\geq 99,99\%$, bakterii $\geq 99,999\%$, względem NaCl w standardzie, poziom nawilżania minimum 30.11 mg/l przy VT 250ml, opór przepływu 1.4 cm H₂O przy 20 l/min, waga filtra 14.5g?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra oddechowego dedykowanego dla noworodków i małych dzieci (VT 30-100ml), opór przepływu 0,6 cm H₂O przy 5 l/min, waga filtra do 9g (+/- 2g).



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 76**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści wysokiej jakości filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci (VT 50-250ml), kształt okrągły, jałowy, skuteczność filtracji dla wirusów $\geq 99,99\%$, bakterii $\geq 99,999\%$, względem NaCl w standardzie, poziom nawilżania minimum 30.11 mg/l przy VT 250ml, opór przepływu 1.4 cm H₂O przy 20 l/min, waga filtra 14.5g?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra oddechowego dedykowanego dla noworodków i małych dzieci (VT 30-100ml), opór przepływu 0,6 cm H₂O przy 5 l/min, waga filtra do 8g (+/- 2g).

• **Pytanie nr 77**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści wysokiej jakości filtr mechaniczny do układów oddechowych, skuteczność filtracji antybakteryjnej $> 99,9999\%$, skuteczność filtracji wirusowej $> 99,999\%$, filtracja wg NaCl w standardzie, objętość oddechowa 300- 1200 ml, membrana hydrofobowa, , port do kapnografii luer-lock , wydajność nawilżania 37.1 mg H₂O/l przy Vt 500 ml, waga 37g?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra mechanicznego o objętości oddechowej 150 - 1200 ml.

• **Pytanie nr 78**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści wysokiej jakości filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem kapno luer - lock, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, filtracja wg NaCl w standardzie, objętość oddechowa 150- 1000 ml, wydajność nawilżania 38.8 mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci 6.77 mg H₂O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 35 ml, waga 31g?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra elektrostatycznego o objętości oddechowej 150 - 1200 ml.

• **Pytanie nr 79**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści wysokiej jakości filtr elektrostatyczny, z portem kapno luer -lock, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, filtracja wg NaCl w standardzie, objętość oddechowa 150- 1000 ml, przestrzeń martwa w zakresie 26 ml, waga 22g?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra elektrostatycznego o objętości oddechowej 150 - 1200 ml.

• **Pytanie nr 80**

Czy Zamawiający w pozycji 7 przeniesie tę pozycję Filtr wydechowy, jednorazowego użytku, kompatybilne z Respiratorem Puritan Bennet 840 do innego zadania? Jest to produkt dedykowany tylko do jednego dostawcy filtrów i pomimo pozytywnych odpowiedzi w innych pozycjach nie będziemy w stanie złożyć oferty z równoważnymi produktami?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

• **Pytanie nr 81**

Dot. pakietu nr 18:

Dot. par. 3 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie w § 3 ust. 1.

• **Pytanie nr 82**

Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowca: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra dedykowanego dla małych dzieci, o objętości oddechowej (VT 75-300ml).

• **Pytanie nr 83**

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra oddechowego dedykowanego dla noworodków i małych dzieci (VT 30-100ml), opór przepływu 0,6 cm H₂O przy 5 l/min, waga filtra do 9g (+/- 2g).

• **Pytanie nr 84**

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra oddechowego dedykowanego dla noworodków i małych dzieci (VT 30-100ml), opór przepływu 0,6 cm H₂O przy 5 l/min, waga filtra do 8g (+/- 2g).

• **Pytanie nr 85**

Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 86**

Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 87**

Pakiet nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 88**

Pakiet nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści system do nawilżania o parametrach:



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- Butelki o pojemności 550 ml zawierające wodę sterylną do terapii inhalacyjnej i nawilżania,
- Nawilzacze wstępnie napełnione,
- Wyposażone w łącznik wraz z adapterem,
- Butelki z rezerwuarem mają wbudowane łączniki do przewodów tlenowych,
- Butelka posiada mikrodyfuzor do wytwarzania mniejszych pęcherzyków powietrza, co zwiększa powierzchnię wymiany,
- Alarm dźwiękowy ostrzega o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego
- Nie zawiera: DEHP, PVC, lateksu, konserwantów oraz substancji pirogennych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 89**

Pakiet nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści system do nawilżania pakowany po 12 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 90**

Pakiet nr 4, pozycja 1-5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania systemu zapobiegającemu dotykaniu tyżki do uchwytu po użyciu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga podstawy tyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu tyżki do uchwytu po użyciu.

- **Pytanie nr 91**

Pakiet nr 4, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści oznaczenia na tyżce po stronie wyprowadzania światłowodu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 92**

Pakiet nr 4, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści tyżki pakowane w opakowanie foliowe?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- **Pytanie nr 93**

Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści łyżkę o wymiarze ok. 95 x 14 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 94**

Pakiet nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści łyżkę o wymiarze ok. 105 x 14 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 95**

Pakiet nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści łyżkę o wymiarze ok. 135 x 15 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

- **Pytanie nr 96**

Pakiet nr 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści łyżkę o wymiarze ok. 1555 x 15 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga łyżki o wymiarze 153 x 17,5 mm lub zbliżonym.

- **Pytanie nr 97**

Pakiet nr 4, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści rękojeść posiadającą frezy zapewniające pewny chwyt (bez powłoki antypoślizgowej)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 98**

Pakiet nr 6, pozycja 1-13

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych bez zawartości ftalanów.

- **Pytanie nr 99**

Pakiet nr 6, pozycja 1-13

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej silikonowanej.

- **Pytanie nr 100**

Pakiet nr 6, pozycja 1-13

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z jednym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięści?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dwóch rodzajów znacznika głębokości.

- **Pytanie nr 101**

Pakiet nr 6, pozycja 14-26

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych bez zawartości ftalanów.

- **Pytanie nr 102**

Pakiet nr 6, pozycja 14-26

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej silikonowanej.

- **Pytanie nr 103**

Pakiet nr 6, pozycja 14-26

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z jednym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięści?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dwóch rodzajów znacznika głębokości.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- **Pytanie nr 104**

Pakiet nr 6, pozycja 14-26

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarach od 2,5 – 10,0mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej w rozmiarze od 2,0.

- **Pytanie nr 105**

Pakiet nr 6, pozycja 27-34

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych bez zawartości ftalanów.

- **Pytanie nr 106**

Pakiet nr 6, pozycja 27-34

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej silikonowanej.

- **Pytanie nr 107**

Pakiet nr 6, pozycja 27-34

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięści?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dwóch rodzajów znacznika głębokości.

- **Pytanie nr 108**

Pakiet nr 6, pozycja 27-34

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze zbrojeniem na całej długości do końca mankietu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zbrojenia na całej długości rurki.

- **Pytanie nr 109**

Pakiet nr 6, pozycja 27-34

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną pakowaną w opakowanie w kształcie półksiężyca, utrzymujące kształt rurki?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 110**

Pakiet nr 6, pozycja 35-42

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych bez zawartości ftalanów.

- **Pytanie nr 111**

Pakiet nr 6, pozycja 35-42

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej silikonowanej.

- **Pytanie nr 112**

Pakiet nr 6, pozycja 35-42

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięści?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dwóch rodzajów znacznika głębokości.

- **Pytanie nr 113**

Pakiet nr 6, pozycja 35-42

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze zbrojeniem na całej długości do końca mankietu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zbrojenia na całej długości rurki.

- **Pytanie nr 114**

Pakiet nr 6, pozycja 35-42

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną pakowaną w opakowanie w kształcie półksiężyca, utrzymujące kształt rurki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- **Pytanie nr 115**

Pakiet nr 6, pozycja 43-48

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z aluminium pokrytą tworzywem medycznym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga prowadnicy wykonanej z mosiądzu.

- **Pytanie nr 116**

Pakiet nr 6, pozycja 43-48

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o wymiarach:

- 2,0 – 255mm
- 3,0 – 340mm
- 4,0 – 340mm
- 4,7 – 340mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga prowadnic w rozmiarach:

1,9-2,0 - długość 230 mm
3,0 – długość 340 mm
4,0 – długość 340 mm
4,0 – długość 600 mm
5,0 – długość 370 mm
5,0 – długość 600 mm

- **Pytanie nr 117**

Pakiet nr 6, pozycja 49-50

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę pakowaną w opakowanie papier-folia a następnie zbiorczo w kartonik?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga prowadnicy pakowanej w sztywne opakowanie jednorazowe.

- **Pytanie nr 118**

Pakiet nr 6, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę z zagiętym końcem?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga prowadnicy z prostym końcem.

- **Pytanie nr 119**

Pakiet nr 6, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 5,0 i długości 700mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga prowadnicy o średnicy 2,5 i długości 600 mm.

- **Pytanie nr 120**

Pakiet nr 6, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę pakowaną w opakowanie papier-folia a następnie zbiorczo w kartonik?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga prowadnicy pakowanej w sztywne opakowanie jednorazowe.

- **Pytanie nr 121**

Pakiet nr 6, pozycja 52-53

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę pakowaną w opakowanie papier-folia a następnie zbiorczo w kartonik?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga prowadnicy pakowanej w sztywne opakowanie jednorazowe.

- **Pytanie nr 122**

Pakiet nr 6, pozycja 52-53

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wyłącznie w jednym rozmiarze: średnicy 5,0 i długości 700mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga prowadnic w rozmiarach:

średnica 3,3 długość 830mm
średnica 5,0 długość 830mm



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- **Pytanie nr 123**

Pakiet nr 6, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści opaskę do mocowania rurki intubacyjnej w beżowym kolorze?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 124**

Pakiet nr 6, pozycja 59-68

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną polarną niesilikonowaną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej silikonowanej.

- **Pytanie nr 125**

Pakiet nr 6, pozycja 59-68

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną polarną z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych bez zawartości ftalanów.

- **Pytanie nr 126**

Pakiet nr 6, pozycja 69-74

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną polarną niesilikonowaną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej silikonowanej.

- **Pytanie nr 127**

Pakiet nr 6, pozycja 69-74

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną polarną z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych bez zawartości ftalanów.

- **Pytanie nr 128**

Pakiet nr 6, pozycja 75-80

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną polarną niesilikonowaną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej silikonowanej.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- **Pytanie nr 129**

Pakiet nr 6, pozycja 75-80

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną polarną z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych bez zawartości ftalanów.

- **Pytanie nr 130**

Pakiet nr 6, pozycja 75-80

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną polarną przezroczystą?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej nieprzezroczystej.

- **Pytanie nr 131**

Pakiet nr 6, pozycja 81-87

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku z możliwością intubacji, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta umieszczona na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru, oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczony na rurce; kodowana kolorystycznie, rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga maski krtaniowej jednorazowej, 100% silikon przezroczysta, anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie, dla dorosłych i dzieci z nadmuchiwanym mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi i drenem mankietu nie wtopionym w ścianę rurki oddechowej, wzmocniona końcówka mankietu zapobiega podwijaniu się podczas zakładania, mankiet z balonikiem kontrolnym z barwnym kodem rozmiarów, czytelne oznaczenie maski i informacja o ilości powietrza potrzebnego do napełnienia mankietu na tubusie, bez lateksu, bez ftalanów.

- **Pytanie nr 132**

Pakiet nr 6, pozycja 88-94

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z PE?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurki wykonanej z medycznego PVC.

- **Pytanie nr 133**

Pakiet nr 6, pozycja 95-102

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania nieskalowane?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga cewników skalowanych.

- **Pytanie nr 134**

Pakiet nr 6, pozycja 95-102

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga cewników bez zawartości ftalanów.

- **Pytanie nr 135**

Pakiet nr 6, pozycja 95-102

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania w rozmiarze Ch06-Ch18?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga cewników do kontrolowanego odsysania w rozmiarze CH 06-CH 20.

- **Pytanie nr 136**

Pakiet nr 6, pozycja 95-102

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania o dł. 60cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga cewników o długościach:

CH 06 dł. ok. 40 cm.
CH 08 dł. ok. 40 cm.
CH 10 dł. ok. 60 cm.
CH 12 dł. ok. 60 cm.
CH 14 dł. ok. 60 cm.
CH 16 dł. ok. 60 cm.
CH 18 dł. ok. 60 cm.
CH 20 dł. ok. 60 cm.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- **Pytanie nr 137**

Pakiet nr 15, Pozycja 15, 16, 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania ostrzy chirurgicznych w opakowaniach bez kolorystycznego oznaczenia na opakowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 138**

Pakiet 15, Pozycja 24

Prosimy o dopuszczenie prześcieradła w rolce o szerokości 53cm lub 80cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza prześcieradło w rolce o szerokości 53 cm.

- **Pytanie nr 139**

Pakiet 15, Pozycja 32

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ceny za op. a' 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 140**

Pakiet 15, Pozycja 33

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ceny za op. a' 2 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 141**

Pakiet 15, Pozycja 48, 49

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ceny za op. a' 34 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- **Pytanie nr 142**

Pakiet nr 15, Pozycja 52

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli szynę palcową w rozmiarze 600mm x25mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli szynę palcową w rozmiarze 600 mm x25 mm.

- **Pytanie nr 143**

Pakiet nr 15, Pozycja 54-57

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kołnierzy z wysokością do wyboru 7,5 cm, 8,5 cm i 10 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 144**

Pakiet nr 15, Pozycja 58

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartucha foliowego nie składanego pojedynczo i dopuszczenie ceny za op. a' 100 szt. umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 145**

Pakiet nr 15, Pozycja 65

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do EKG w opakowaniu 250ml

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 146**

Dotyczy Pakietu nr 21, Pozycja 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 i 6 do oddzielnego pakietu.

Z informacji uzyskanych od dystrybutora wynika, że wymagane przez Zamawiającego rozmiary Taflí silikonowych są niedostępne na rynku polskim.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

- **Pytanie nr 147**

Pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Taflí / Folií z kauczuku silikonowego w rozmiarze 60x80x0,1, wyrób sterylńy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Taflę/ Folię z kauczuku silikonowego w rozmiarze 60x80x0,1, wyrób sterylńy.

- **Pytanie nr 148**

Pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Taflí / Folií z kauczuku silikonowego w rozmiarze 40x60x0,1, wyrób sterylńy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Taflę/ Folię z kauczuku silikonowego w rozmiarze 40x60x0,1, wyrób sterylńy.

- **Pytanie nr 149**

Pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Taflí / Folií z kauczuku silikonowego w rozmiarze 40x80x0,1, wyrób sterylńy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza w/m Taflí/ Folií.

- **Pytanie nr 150**

uprzejmie prosimy o dopuszczenie: ♣ Pakiet nr 40, poz. 11 i poz. 12: Dwudrońńy cewńik silikonowy Foley z balonem o pojemńośći 3-5 ml, rozmiary 8 CH i 10 CH.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza cewńik z balonem o pojemńośći 3-5 ml.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 151**

Pakiet 4 pozycja 1-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej łyżki metalowej typ Macintosh: łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh.

- Nieodkształcająca się łyżka,
- wykonana ze stali nierdzewnej,
- kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja)
- Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376,
- Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści,
- Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło,
- Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło.
- Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu
- Symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu,
- opakowanie folia-folia.
- op.: 20 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 152**

Pakiet 4 pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej rękojeści małej (krótkiej):
Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (mała),

- zasilanie bateryjne (1xCR123),
- zgodna z (Green Standard ISO),



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm,
- ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji,
- baterie wyjmowane razem ze źródłem światła,
- z kartridżem,
- możliwość sterylizacji,
- gwarancja 5 lat

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 153**

Pakiet 4 pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści standard:

Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa),

- zasilanie bateryjne (2xAA),
- zgodna z (Green Standard ISO),
- z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm,
- ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji,
- baterie wyjmowane razem ze źródłem światła,
- z kartridżem,
- możliwość sterylizacji,
- gwarancja 5 lat.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 154**

Pakiet 9 pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu jak do tej pory stosowany do zbiórki moczu z łącznikiem do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do dezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu z drenu do cewnika Foleya? Pragniemy nadmienić, iż płaski port znacznie bardziej ułatwia skuteczną dezynfekcję i uniknięcie zakażeń, a zastawka antyzwrotna umieszczona w łączniku do cewnika Foleya zapobiega cofaniu się moczu do światła cewnika dzięki czemu unikamy ZUM, a dodatkowo dzięki niej mamy gwarancje poboru zawsze świeżej próbki moczu,



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

ponieważ zastawka uniemożliwia cofanie moczu z drenu do portu do pobierania próbek moczu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zestawu do zbiórki moczu z łącznikiem do cewnika Foleya wyposażonym w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu z drenu do cewnika Foleya.

- **Pytanie 155**

Pakiet 12 pozycja 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nebulizacji o wyższych parametrach, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 μm (+/- 0,13 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 156**

Pakiet 12 pozycja 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części). Z drenem gwiazdkowym o długości 210mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu zawierającego: nebulizator, łącznik Toraz dren gwiazdkowy 210 cm, ustnik., spełniającego pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- **Pytanie nr 157**

Pakiet 12 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej do średniej koncentracji tlenu, otwarta, wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga maski tlenowej dla dzieci z anatomicznie wyprofilowanym, zagiętym termoplastycznym mankiem, polipropylenowej.

- **Pytanie nr 158**

Pakiet 12 pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej do średniej koncentracji tlenu, otwarta, wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga maski tlenowej dla dorosłych z anatomicznie wyprofilowanym, zagiętym termoplastycznym mankiem, polipropylenowej.

- **Pytanie nr 159**

Pakiet 12 pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 210cm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 160**

Pakiet 12 pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski do podawanie tlenu typu Venturi, otwarta, wydłużona pod brodę, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, 6 dysz do niskiej i średniej koncentracji tlenu, kodowane kolorystycznie (24%, 28%, 31%, 35%, 40% i 50%), w zestawie adapter do podłączenia nawilżacza o wysokiej wydajności, z pierścieniem zapewniającym ciągłość przepływu, przestrzeń martwa o dł. 15 cm, dren o dł. 2,1m i przekroju gwiazdkowym, bez lateksu, biologicznie czysta, jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zastawki Venturiego, kodowanej kolorystycznie, spełniającej normę BS EN 13544-3: 2001, zapewniającej łączny przepływ około 40l/min.

Pytanie nr 161

Pakiet 12 pozycja 14

Prosimy o dopuszczenie maski wykonanej z PCV pozostałe parametry zgodne z swz.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga maski aerozolowej, wolnej od PVC.

• **Pytanie nr 162**

Pakiet 12 pozycja 15

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika pakowanego po 50szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 163**

Pakiet 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznaczonej różnicy w parametrach o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ścianie palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F 739 i EN 16523-



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

1 oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 164**

Pakiet 39: Poz 1 i 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika moczowodowego z mandrynem poliestrowym, spełniającego pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza cewnik z mandrynem poliestrowym.

- **Pytanie nr 165**

Pakiet 40 pozycja 1-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z zakończeniem Nelaton (cylindryczna), wykonanego z materiału plastycznego Neoplex, z dwoma otworami drenażowymi, dostarczany z zestawie z mandrynem poliestrowym oraz łącznikiem. Długość 70cm, skalowany co 1cm. Rozmiar: CH3/4/5/6/7/8/9. Produkt pakowany pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. Produkt sterylizowany.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga cewnika wykonanego z medycznego PVC o jedwabistej powierzchni, 2 otworach bocznych i atraumatycznym zamkniętym końcu.

- **Pytanie nr 166**

Pakiet 40 pozycja 11-12

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 3ml

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga cewnika z balonem 1,5 ml.

- **Pytanie nr 167**

Pakiet 40 pozycja 13-14

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 5-10ml

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem 5-10 ml.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 168**

Pakiet 40 pozycja 56-58

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH8/11/14, dł. całkowita 43cm dla CH8 oraz 48cm dla CH11/14, osiem oczek drenażowych wewnątrz pętli; rozrywalny trokar dł. 12cm o średnicy wewnętrznej CH9 dla cewnika CH8, CH12 dla cewnika CH11 oraz CH15 dla cewnika CH14, silikonowa tulejka mocująca, zacisk. Zestaw sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zestawu do punkcji pęcherza moczowego CH 8, CH 10, CH 12 w składzie: cewnik typu Pigtail, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 65 cm.

• **Pytanie nr 169**

Pakiet 40 pozycja 59-62

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii wielostopniowej. Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrolą USG techniką wielostopniową. Skład zestawu: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Schullera o średnicy 0.035" (0.89mm) o długości 100cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzań dopasowanych do rozmiaru cewnika; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. Rozmiary 6-10CH

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga w zestawie cewników wykonanych z poliuretanu

• **Pytanie nr 170**

Pakiet 40 pozycja 63

1/Prosimy o dopuszczenie prowadnicy pokrytej powłoką teflonową (PTFE) typu Seldinger, z ruchomym rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Zakończenie bezpieczne typu J. Długość 125cm, średnica 0.035". Sztywność standardowa. Produkt sterylny.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

2/Prosimy o dopuszczenie prowadnicy pokrytej powłoką teflonową (PTFE) typu Seldinger, z nieruchomym rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Zakończenie proste, bezpieczne na dł. 10cm. Długość 150 cm, średnica 0.035". Produkt sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga prowadników o średnicy 0.025".

- **Pytanie nr 171**

Pakiet 40 pozycja 64

Prosimy o dopuszczenie prowadnicy czarnej z rdzeniem nitinolowym i powłoką hydrofilową na całej długości, odporna na zgięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez trudne odcinki moczowodu. Zakończenie proste, giętka bezpieczna końcówka o dł. 3cm. Długość 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny. Oras prowadnicy czarnej z rdzeniem nitinolowy i powłoką hydrofilową na dystalnym końcu o dł. 5cm, odporna na zgięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez wąskie fragmenty moczowodu. Zakończenie proste, giętka koniec dystalny oraz proksymalny. Długość 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga prowadników o średnicy 0.025".

- **Pytanie nr 172**

Pakiet 40 pozycja 65

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuietanu, skalowany co 1cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, typ otwarty-otwarty i otwarty/zamknięty, popychacz prosty o dł. min. 40cm, prowadnica z powłoką teflonową o dł. 100 cm. Rozmiary: CH4.8, CH6, CH7, długości: 22/24/26/28 cm - do wyboru. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zestawu do szynowania moczowodów o następującym składzie: cewnik otwarty od strony pęcherza wykonany z poliuretanu alifatycznego, pokryty fosforylocholiną - substancją, która minimalizuje ryzyko infekcji i inkrustacji, co daje rezultaty podczas długiej implantacji oraz zwiększa komfort pacjenta, cewnik FR 4,7, CH 6 z możliwością regulacji długości w zakresie 22-30cm., popychacz dł. 40cm, prowadnik powleczony teflonem dł. 125cm., zacisk.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- **Pytanie nr 173**

pakiet 8, poz. 8

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- **Pytanie nr 174**

pakiet 9, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- **Pytanie nr 175**

pakiet 11, poz. 5-8, poz.17-18,22,26,27,64

Czy zamawiający wydzieli poz.17-18,22,26,27,64 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

- **Pytanie nr 176**

pakiet 11, poz. 5

Prosimy aby zamawiający dopuścić strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 177**

pakiet 11, poz. 8

czy zamawiający dopuści skalę pomiarowa co 1 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 178**

pakiet 11, poz. 22

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga trzpienia poniżej krawędzi koreczka.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga koreczka tego samego producenta co kaniula.

- **Pytanie nr 179**

pakiet 11, poz. 26

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów.

- **Pytanie nr 180**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów typ IS z długą, elastyczną komorą kroplową wykonaną z PP, o długości min. 60mm (część przezroczysta), nie zawierający ftalanów, igła biorczą ściętą dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek 15µm, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Pytanie nr 181

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga komory kroplowej bez zawartości PVC.

- **Pytanie nr 182**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 183**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga regulatora przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu.

- **Pytanie nr 184**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 185**

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów z komorą kroplową o długości min. 60 mm w części przezroczystej.

- **Pytanie nr 186**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga igły biorczej ściętej dwupłaszczyznowo wykonanej z ABS wzmocnionego włóknem szklanym.

- **Pytanie nr 187**

czy Zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 188**

pakiet 11, poz. 27

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznowo ściętą, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową wolną od PVC typ TS, o długości minimum 80, 20kropli=1ml.+/- 0,1ml., wykonany z tworzywa nie zawierającego ftalanów, nietoksyczny, jałowy, zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, filtr krwi o wielkości oczek 200 µm, dren o długości 150cm, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepek do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym miejscem do umieszczania kolca igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack, logo lub nazwa producenta trwale umieszczone na przyrządzie.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

- **Pytanie nr 189**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga komory kroplowej bez zawartości PVC.

- **Pytanie nr 190**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga regulatora przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu.

- **Pytanie nr 191**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 192**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 193**

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 194**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 195**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga igły biorczej ściętej dwupłaszczyznowo wykonanej z ABS wzmocnionego włóknem szklanym. Zamawiający dopuszcza opakowanie papier-folia.

- **Pytanie nr 196**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów.

- **Pytanie nr 197**

pakiet 11, poz. 64

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- **Pytanie nr 198**

zdanie 15, poz. 34,



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g /m2?

czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2?

Czy zamawiający wydzielił poz.34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza gramaturę min. 35 g/m2. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- **Pytanie nr 199**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 1 dopuści filtr o objętości oddechowej 90-600ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga filtra dedykowanego dla małych dzieci, o objętości oddechowej 75-300ml.

- **Pytanie nr 200**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, poz. 2 dopuści filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź Zamawiającego: Pakiet 3 nie dotyczy filtrów. Prawdopodobnie nastąpiła pomyłka pisarska i pytanie dotyczy pakietu nr 2, poz. 2. Zamawiający wymaga filtra oddechowego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

• **Pytanie nr 201**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 4 dopuści filtr mechaniczny o niższej wadze tj 20 g, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 202**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 5 dopuści filtr o przestrzeni martwej mniejszej, korzystniejszej 18ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 203**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 6 dopuści filtr o przestrzeni martwej mniejszej, korzystniejszej 20ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

• **Pytanie nr 204**

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli z pakietu nr 2, poz. 7 i 8, gdyż produkty te charakteryzują wyłącznie jednego producenta, tj. firmę Medtronic i stawiają go w pozycji uprzywilejowanej. Opis jednoznacznie charakteryzuje produkt jednego producenta firmę Medtronic i jest niezgodny z, art. art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie.

Zamawiający musi zachować zasadę uczciwej konkurencji (art. 29 ust. 2 Pzp). Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródło. szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców (art. 29 ust. 3 Pzp)

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stosuje dyskryminację pośrednią – produkt nie jest nazwany wprost, ale wymogi oraz parametry przedmiotu zamówienia określone tak, że może je spełnić jeden konkretny produkt oraz dyskryminacji bezpośredniej - użycie znaków towarowych, oznaczeń, patentów lub pochodzenia. W związku z powyższym żądamy



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

wykreślenia produktów charakteryzujących jednego producenta. Jednocześnie przytaczamy orzeczenia KIO:

1. orzeczenie KIO z 14.11.2016 r., KIO 2037/16, KIO 2039/16
2. orzeczenie KIO z 23.03.2011 KIO 483/11

W przypadku pozostawienia zapisów dyskryminujących potencjalnych wykonawców i utrzymania firmy Medtronic w pozycji uprzywilejowanej będziemy zmuszeni powiadomić właściwe organa i organ założycielski o stosowanych praktykach w Państwa placówce.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga filtrów oddechowych dedykowanych dla noworodków, niemowląt i starszych dzieci, spełniających określone, wysokie standardy.

**DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym**

mgr Robert Lasota

**KIEROWNIK DZIAŁU PRAWNEGO
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Magdalena Praszewicz-Kobus

Mazowsze.
serce Polski

**PIELEGNIARKA NACZELNA
SZPZOK im. „Dzieci Warszawy”
w Dziekanowie Leśnym**

mgr Robert Lasota
e-mail: szpital@szpitaldziekanow.pl

tel (0-22) 765 73 56

fax (0-22) 765 72 56

www.szpitaldziekanow.pl

www.facebook.com/szpitaldziekanow

ePUAP: /szpzozdziekanow/SkrytkaESP

NIP 1181349898

KRS 0000072265

Regon 000291210