



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki**

Dziekanów Leśny, 31.03.2026 r.

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zapytania ofertowego DZ/4/ZO/2026 „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów medycznych i materiałów do Centralnej Sterylizatorni i na Blok Operacyjny dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.

Pytanie 1 – do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 (poz. 27)

Prosimy o dopuszczenie syntetycznej włókniny typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m². Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania: 1,5 kN/ w kierunku poprzecznym 1,2 kN/m, wydłużenie w kierunku walcowania: 65%/ w kierunku poprzecznym: min. 70%. Spełnia wymogi bariery mikrobiologicznej w stanie suchym i mokrym. Produkt zgodny z EN868:2 oraz ISO11607-1. Rozmiar 75 x 75 cm, opakowanie a'300 szt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 (poz. 48)

Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie parametry OPZ w opakowaniach 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.

// podpis na oryginale //